



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 213 2046170 -171
FAX : 213 2046400
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 15199 / 736069

ΧΑΪΔΑΡΙ 5-12-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

15-12-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00' π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

15-12-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00' π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 124 61

Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007
3. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014
4. Την υπ' αριθμ. 2219/4-12-2014 (θέμα 15^ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου «Προμήθεια Ηλεκτρομυογράφου»
5. Την υπ' αριθμ. 2193/13-2-2014 (θέμα 29^ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου «Τροποποίηση νομιμοποιήσεων υπογραφών για το έτος 2014»

Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι

Διαγωνισμό με διαδικασίες απ' ευθείας ανάθεσης με συλλογή σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια ενός (1) Ηλεκτρομυογράφου, προϋπολογισμού 16.000,00 € πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α', το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους:

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται:

1. Έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη και σφραγισμένη από τον προσφέροντα.
2. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν αναφέρει συγκεκριμένα, τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Γραμματείας-Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου και θα πρωτοκολληθούν.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία μας πριν από τη λήξη αυτής.

ΑΡΘΡΟ 4°

Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της προμήθειας σε άλλον προμηθευτή από τον προσφέροντα στον οποίο θα του κατακυρωθεί η προμήθεια του Ηλεκτρομυογράφου.

ΑΡΘΡΟ 5°

Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής :

- A) Καθαρή τιμή σε ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
- B) Επιβάρυνση με Φ.Π.Α. (συντελεστής)

ΑΡΘΡΟ 6°

Η πληρωμή θα γίνει μετά την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής και τη θεώρησή του από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 7°

Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

- Κράτηση 1,5% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. πλέον ΧΑΡΤ. 2% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%
- Φόρος 4%
- Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
- Κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%

ΑΡΘΡΟ 8°

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των **16.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.**

ΑΡΘΡΟ 9°

- 1) Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.60/2007, του Π.Δ.118/2007 και του Ν.4281/2014 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
- 2) Το Παράρτημα Α΄ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Ο Ηλεκτρομυογράφος που προδιαγράφεται θα καλύπτει τις ανάγκες του Νευρολογικού Ιατρείου του Νοσοκομείου. Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα ανοιχτής αρχιτεκτονικής, έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Θα πρέπει να έχει αρθρωτή (modular) δομή, για μελλοντικές επεκτάσεις.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο Ηλεκτρομυογράφος θα πρέπει να:

- Είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας.
- Είναι δυο (2) καναλιών, με δυνατότητα επέκτασης στα τέσσερα (4) κανάλια.
- Είναι κατάλληλος για εγγραφή, ανάγνωση Ηλεκτρομυογραφήματος, Αγωγής Νεύρου, και Σωματοαισθητικών Προκλητών Δυναμικών.
- Έχει την δυνατότητα να αναβαθμιστεί σε ηλεκτροεγκεφαλογράφο δέκα έξι (16) καναλιών τουλάχιστον.
- Έχει την δυνατότητα αναβάθμισης σε εξετάσεις ακουστικών και οπτικών προκλητών δυναμικών.
- Διαθέτει κεντρική μονάδα επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για όλα τα κανάλια.
- Διαθέτει Η/Υ τελευταίας γενιάς με οθόνη 20 ιντσών και έγχρωμο εκτυπωτή laser.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΤΟΥ

- Θόρυβος < 0,3 μV rms.
- CMRR > 100dB.
- Αντίσταση εισόδου > 100 M Ω .
- High filter 20Hz-20KHz.
- Low filter 0.1Hz-500Hz.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ο Ηλεκτρομυογράφος θα συνοδεύεται με προκαλωδιωμένο τρόλεϊ το οποίο θα παρέχει στο εσωτερικό του όλες τις καλωδιώσεις, συνδέσεις, τροφοδοτικά, καθώς και τον μετασχηματιστή απομόνωσης παροχής ρεύματος. Το τρόλεϊ θα είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου και θα είναι πιστοποιημένο με CE.

- Ο Ηλεκτρομυογράφος θα συνοδεύεται με σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας UPS.
- Πέντε (5) καλώδια για ΗΜΓ επιφάνειας.
- Αυτοκόλλητα ηλεκτροδίων μιας χρήσης για καταγραφή τεμάχια (100) εκατό.
- Προσαρμοζόμενα ηλεκτρόδια δαχτύλου.
- Ηλεκτρόδια ερεθισμού δυο (2).
- Ομοκεντρικές βελόνες μιας χρήσεως τεμάχια (100) εκατό.
- Βελονοκάτοχο.
- Ηλεκτρόδιο γείωσης.
- Gel αγωγιμότητας τεμάχια (10) δέκα.

Με την παράδοση του συστήματος θα διατεθούν στο Νοσοκομείο τα επίσημα εγχειρίδια χρήσης και τεχνικής υποστήριξης

Το προσφερόμενο σύστημα θα έχει εγγύηση δυο (2) ετών και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη από τη λήξη της περιόδου εγγύησης.

Επιπρόσθετα, ο προμηθευτής κατά την παράδοση του συστήματος θα μεριμνήσει για την εκπαίδευση του:

- Ιατρικού προσωπικού.
- Παραϊατρικού προσωπικού.
- Τεχνικού προσωπικού.

ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ