

17PROC005772719 2017-02-07



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 213 2046170 -171
FAX : 213 2046400
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1418 / 768718

ΧΑΪΔΑΡΙ 7-2-2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
(ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ)**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.840,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

20-2-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00' π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

20-2-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30' π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61**

17PROC005772719 2017-02-07

Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ. Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014 τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
3. Το Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/11-5-2010 τ. Α΄) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/1-3-2012 τ. Α΄) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ... και άλλες διατάξεις».
5. Την εγκύκλιο Νο.18 (αρ. πρωτ.: ΔΝΣα΄οικ.68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19-10-2016) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΑΔΑ: 7ΛΜ74653ΟΞ-ΖΨ7).
6. Την έγκριση του Προέδρου του Νοσοκομείου στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1305/768605/2-2-2017 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου.
7. Την απόφαση της υπ΄ αριθμ. 2295/22-12-2016 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, θέμα 11^ο , «Νομιμοποίηση υπογραφών έτους 2017».

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ

Διαγωνισμό με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια **ιατρικού αερίου οξυγόνου** (αναγόμωση φιαλών ιατρικού αερίου οξυγόνου), προϋπολογισμού 9.840,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους:

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και διαθέτουν ειδική άδεια εμφιάλωσης για ιατρικό αέριο οξυγόνο από τον ΕΟΦ.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται:

- Έγγραφο προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 5 της παρούσας διακήρυξης. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη και σφραγισμένη από τον προσφέροντα.

17PROC005772719 2017-02-07

- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του προσφέροντα, ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά αναφέρει συγκεκριμένα τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται.
- Ειδική άδεια σε ισχύ, εμφιάλωσης ιατρικού αερίου οξυγόνου, από τον ΕΟΦ.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Γραμματείας-Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου και θα πρωτοκολληθούν.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί εγγράφως από την υπηρεσία μας, πριν από τη λήξη αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της προμήθειας, σε άλλον προμηθευτή, από τον προσφέροντα στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια του ιατρικού αερίου οξυγόνου (αναγόμευση φιαλών ιατρικού αερίου οξυγόνου).

ΑΡΘΡΟ 5^ο**ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (%) ΦΠΑ
1	ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 4,4 m³ ΕΩΣ 10,7 m³	ΕΩΣ 2.000 m³		
2	ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 1,1 m³ ΕΩΣ 2,1 m³			
3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΗΣ			
4	ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΦΙΑΛΗΣ			
5	ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΦΙΑΛΗΣ			

A) Οι τιμές θα πρέπει να είναι εντός των ορίων του Παρατηρητηρίου Τιμών (όπου υπάρχουν).

17PROC005772719 2017-02-07

B) Το κόστος για τη μεταφορά των φιαλών, το κόστος διαχείρισης επικίνδυνων υλικών-αερίων, το κόστος ελέγχου και καθαρισμού των φιαλών και οποιοδήποτε άλλο κόστος που έχει σχέση με την τιμολογιακή πολιτική του εκάστοτε προμηθευτή θα περιλαμβάνονται στην προσφερόμενη τιμή για το ιατρικό αέριο οξυγόνο.

ΑΡΘΡΟ 6°

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία της υπογραφής της. Σε περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο, από ενιαίους διαγωνισμούς, η σύμβαση θα πάψει να ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7°

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις φιάλες με το ιατρικό αέριο οξυγόνο στην Αποθήκη Υλικού του Νοσοκομείου, μετά από έγγραφη παραγγελία και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 8°

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής και τη θεώρησή του από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 9°

Τον Προμηθευτή θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

A) Για το ιατρικό αέριο οξυγόνο και για τα ανταλλακτικά των φιαλών

- Φόρος 4%
- Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
- Κράτηση 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%

B) Για τις εργασίες συντήρησης-επισκευής των φιαλών

- Φόρος 8%
- Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
- Κράτηση 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%

ΑΡΘΡΟ 10°

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 9.840,00 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 11°

1) Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΡΩΙΟΣ

17ΠΡΟΣ005772719 2017-02-07
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ**

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τις τεχνικές προδιαγραφές του ιατρικού αερίου οξυγόνου, που θα χρειαστεί το Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο», για τη διάρκεια ενός (1) έτους.

Α) Οι φιάλες που πρόκειται να αναγομωθούν είναι ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα:

- Η καθαρότητα του ιατρικού αερίου οξυγόνου θα είναι, όπως καθορίζεται από τον Ε.Ο.Φ., σε 99,5% κατ' όγκο.
- Οι φιάλες του ιατρικού αερίου οξυγόνου θα πρέπει να μεταφέρονται στον χώρο του Νοσοκομείου σε πίεση 200 atm.
- Οι τύποι των φιαλών που πρόκειται να αναγομωθούν είναι:
 - ο Φιάλες O₂ χωρητικότητας 50 lt (περιεχόμενο 10,7 m³), πίεσης 200 atm
 - ο Φιάλες O₂ χωρητικότητας 10 lt (περιεχόμενο 2 m³), πίεσης 200 atm
 - ο Φιάλες O₂ χωρητικότητας 7 lt (περιεχόμενο 1,5 m³), πίεσης 200 atm
- Τα κλείστρα των φιαλών που πρόκειται να αλλαχτούν λόγω βλάβης, θα είναι καινούργια και θα πληρούν τους κανόνες καλής λειτουργίας-ασφάλειας και τις προδιαγραφές του Ε.Λ.Ο.Τ.
- Ο έλεγχος των φιαλών θα πρέπει να γίνεται σε πίεση 300 atm.
- Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει άδεια εμφιάλωσης για ιατρικό αέριο οξυγόνο από τον ΕΟΦ.
- Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί, υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες των αερίων εντός σιδηροφιαλών στην αποθήκη του Νοσοκομείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
- Η εκτέλεση των παραγγελιών θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε 3 εργάσιμες ημέρες.

Β) Οι εταιρείες, στην προσφορά που θα καταθέσουν, θα πρέπει να αναφέρουν:

- Το ακριβές κόστος της υδραυλικής δοκιμής ανά φιάλη.
- Το ακριβές κόστος της αλλαγής του κλείστρου της φιάλης.

Σε κάθε περίπτωση, **πριν** από την υδραυλική δοκιμή ή την αλλαγή του κλείστρου της φιάλης, η ανάδοχος εταιρεία (προμηθευτής) θα ενημερώνει το τμήμα Β.Ι.Τ. του Νοσοκομείου.

Η ανάδοχος εταιρεία (προμηθευτής), μετά από κάθε υδραυλική δοκιμή - αλλαγή κλείστρου, θα προσκομίζει στο Νοσοκομείο το αντίστοιχο πιστοποιητικό, στο οποίο θα αναγράφεται ο σειριακός αριθμός της φιάλης.

ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΗΧ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ