



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.**  
**ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 , ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61**  
**ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΓΓ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ**  
**ΤΗΛ. : 213 2046170-171**  
**FAX : 213 2046400**

**ΧΑΪΔΑΡΙ 12-04-2019**

**ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5531/804081**

**ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΘΕΜΑ :** Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ' αριθ. πρωτ. 5201/803751/08-04-2019 διακήρυξη για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για ένα (1) έτος.

Σας γνωρίζουμε ότι:

1. Στο Παράρτημα Β' «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» εκ παραδρομής δεν έχει συμπεριληφθεί σε συνέχεια του πίνακα excel το κείμενο το οποίο παραπέμπει σε ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ :
  - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΩΝ
  - ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ»
  - Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Κ Α Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν - ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ
  - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΩΝ

Το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο» Ν.Π.Δ.Δ.: [www.dromokaiteio.gr](http://www.dromokaiteio.gr).

**2.** Στις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν το υγειονομικό υλικό ταινίες μέτρησης σακχάρου απαλείφεται η τελευταία πρόταση και αντικαθίσταται ως εξής : Η μειοδότηρα εταιρεία οφείλει να προμηθεύσει το Νοσοκομείο με 25-30 συσκευές μέτρησης σακχάρου αίματος συμβατές με τις αντίστοιχες ταινίες που θα προμηθεύσει. Οι εν λόγω συσκευές θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές.

#### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ**

- Ο μετρητής να δείχνει όλα τα μηνύματά του στα ελληνικά.
- Να έχουμε αποτελέσματα άμεσα.
- Ο μετρητής να χρειάζεται μικρή ποσότητα αίματος.
- Τα αποτελέσματα να είναι ευανάγνωστα και από ανθρώπους με μειωμένη δυνατότητα όρασης.
- Κάθε αποτέλεσμα να εμφανίζει το δυνατό περισσότερα στοιχεία.
- Το αίμα να παραμένει πάνω στην ταινία και να μην μπαίνει στο σώμα του μετρητή έτσι ώστε να μη χρειάζεται καθόλου καθάρισμα.

- Ο μετρητής να ενεργοποιείται άμεσα και αυτόματα με την είσοδο της ταινίας στην υποδοχή μέτρησης χωρίς κουμπιά on-off, διακόπτες.
- Η έναρξη της μέτρησης να γίνεται μόνο όταν η ποσότητα αίματος που έχει τοποθετηθεί στην ταινία είναι επαρκής.
- Ο χρόνος εμφάνισης του αποτελέσματος να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος και όχι παραπάνω από 10 sec.
- 10. Τα αποτελέσματα τους να είναι αξιόπιστα δηλαδή να μην παρουσιάζουν απόκλιση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ**