

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

| A/A | Προδιαγραφή | Απάντηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Θα είναι καινούριο, αμεταχειριστο, σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για χρήση στο μικροβιολογικό εργαστήριο. | | |
| 2 | Θα διαθέτει αυτόματη απόψυξη κατάλληλο για συνθήκες συντήρησης. | | |
| 3 | Θα είναι συμπαγούς, στιβαρής κατασκευής από ανοξείδωτο χάλυβα. | | |
| 4 | Θα είναι ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστον 400 lt, με μέγιστες διαστάσεις 75x92x210 (ΠxBxΥ) cm ($\pm 10\%$). | | |
| 5 | Θα διαθέτει 4 τουλάχιστον ράφια, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, από ανοξείδωτο χάλυβα. | | |
| 6 | Θα διαθέτει μία (1) πόρτα εργονομικά σχεδιασμένη, με: | | |
| | α) τζάμι με τριπλό κρύσταλλο χαμηλής εκπομπής (Low-E), | | |
| | β) τζάμι αντιθαμβωτικό για άνετη παρατήρηση του περιεχομένου χωρίς απώλειες θερμότητας, | | |
| | γ) μηχανισμό επαναφοράς, | | |
| | δ) κλειδαριά για επιπλέον ασφάλεια των αντιδραστηρίων, | | |
| | ε) εργονομικές χειρολαβές. | | |
| 7 | Θα διαθέτει ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας. | | |
| 8 | Η ρύθμιση της θερμοκρασίας θα είναι από -18°C έως 0°C τουλάχιστον, με εξωτερική θερμοκρασία 32°C . | | |
| 9 | Θα διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης με πάχος τουλάχιστον 60mm με πυκνότητα $42\pm 2\text{ Kg/m}^3$. | | |
| 10 | Θα έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με ψηφιακό όργανο καταγραφής της θερμοκρασίας. | | |
| 11 | Ο συμπιεστής θα είναι χαμηλής στάθμης θορύβου, εύκολα προσβάσιμος για συντήρηση, επισκευή ή αντικατάστασή του. | | |
| 12 | Θα διαθέτει αυτόματη εξάτμιση των συμπυκνωμάτων. | | |
| 13 | Θα διαθέτει εσωτερικό φωτισμό τεχνολογίας LED. | | |
| 14 | Θα διαθέτει τέσσερα πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος. | | |
| 15 | Η τάση τροφοδοσίας θα είναι 230V/50Hz. | | |

| A/A | <u>Προδιαγραφή</u> | <u>Απάντηση</u> (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | <u>Παραπομπή Τεκμηρίωσης</u> |
|-----|--|------------------------------|------------------------------|
| 16 | Θα πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας CE-MARK. | | |
| 17 | Η ενεργειακή κατάταξη θα είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΕ 2015/1094 & 2015/1095. | | |
| 18 | Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) ετών και δέκα (10) ετών παροχής ανταλλακτικών. | | |
| 19 | Θα γίνει εγκατάσταση και επίδειξη όλων των λειτουργιών του μηχανήματος στον χώρο του νοσοκομείου. | | |
| 20 | Οι συμμετέχοντες, <u>οφείλουν να συμπληρώσουν το φύλλο συμμόρφωσης, το οποίο τους διανέμεται για το προσφερόμενο σύστημα. Επίσης, θα υπάρχει παραπομπή στην συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο των επισήμων φυλλαδίων ή αντιγράφων ή βεβαιώσεων του κατασκευαστικού οίκου για ό,τι δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα φυλλάδια. Η μη συμμόρφωση των παραπάνω ή τυχόν ασάφεια, αποτελεί λόγο αποκλεισμού.</u> | | |